



İŞİN ADI:

**AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE, PEDIATRİK TEKERLEKLİ SANDALYE,
MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE VE ELEKTRİKLİ HASTA YATAĞI**

MADDE 1. İŞİN KONUSU

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından engelli, yaşlı, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere Akülü Tekerlekli Sandalye, Pediatrik Tekerlekli Sandalye, Manuel Tekerlekli Sandalye ve Elektrikli Hasta Yatağı mal alım işi

MADDE 2. TANIMLAR

Bu Teknik Şartnamede;

Belediye : Süleymanpaşa Belediye Başkanlığını,

İdare : Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü,

Yüklenici : Alım işini almaya hak kazanan firmayı (gerçek veya tüzel kişi) ifade eder.

MADDE 3 –SATIN ALINACAK MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ

3.1. AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE (A.T.S.)

- Oturma yeri genişliği en az 46 cm , yüksekliği en az 50 cm, derinliği en az 42 cm olmalıdır.
- Üründe kolçak yüksekliği en az 23, sırtlık yüksekliği en az 42cm olmalıdır.
- Ürünün toplam genişliği en az 58 cm, toplam yüksekliği en az 92cm, toplam uzunluğu en az 103cm olmalıdır.
- Katlanır genişliği en az 43cm olmalıdır.
- Ürün en az 6 km/sa hıza ve en az 15 km erim mesafesine çıkabilmelidir.
- Üründe elektromanyetik fren sistemi bulunmalıdır.
- Minimum güvenli eğimi 12 derece olmalıdır.
- Minimum engel atlama 15 cm olmalıdır.
- Ürünün metaryali çelik olmalıdır.
- Ürünün arka tekerlekleri en az 16'' PNU, ön tekerlekleri en az 10'' PU olmalıdır.
- Üründe motorlar en az 2 x DC 24V 250W olarak bulunmalıdır.
- Ürünün dönüş yarıçapı en az 58 cm olmalıdır.
- Ürünün kontrol aygıtı European Type 50A olmalıdır.

Alınacak Ürün Miktarı: 10 Adet

3.2. PEDIATRİK TEKERLEKLİ SANDALYE

- Oturma yeri genişliği en az 38 cm , yüksekliği en az 50 cm, derinliği en az 39 cm olmalıdır.
- Üründe kolçak yüksekliği 14- 25 cm aralığında ayarlanabilir olmalıdır.
- Sırtlık yüksekliği en az 45 cm olmalıdır.
- Ürünün toplam genişliği en az 57 cm, toplam uzunluğu en az 113cm, toplam yüksekliği 102 - 118 cm aralığında ayarlanabilir olmalıdır.
- Katlanır genişliği en az 36 cm olmalıdır.
- En fazla 100 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
- Ürünün metaryali alüminyum olmalıdır.
- Ürünün arka tekerlekleri en az 16'' PU , ön tekerlekleri en az 6'' PVC olmalıdır.
- Tekerlekli sandalyede tilt özelliği olmalıdır.

Alınacak Ürün Miktarı: 1 Adet

HAZIRLAYAN

Emel TÜRE

İdari İşler

ONAYLAYAN

Yaşar YAYLAŞ

Sosyal Hizmetler Müdür V.

İŞİN ADI: AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE, PEDIATRİK TEKERLEKLİ SANDALYE, MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE VE ELEKTRİKLİ HASTA YATAĞI**3.3. MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE**

- Ortadan katlanabilir olmalıdır.
- Çelik profilden üretilmiş olmalıdır
- Tüm ana parçaları vidalarla sabitlenmiş olmalıdır.
- Döşemesi uzun ömürlü alev almaz antibakteriyel özellikte olmalıdır.
- Tekerekleri kolaylıkla frenlenebilir özellikte olmalıdır
- Ayak panelleri dışa açılabilir ve yer diz mesafesi istenilen yüksekliğe ayarlanabilir olmalıdır.
- Minderi sıvı geçirmez özellikte olmalıdır.
- En az 100 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
- Ayak panelleri 90 derece kalkabilmelidir.
- Eni 40 ile 50 cm aralığında ayarlanabilir olmalıdır.
- Yedek parça temini garantisi(on yıl) ile en az iki yıl kullanım hataları dışında çıkabilecek arızalara karşı garantisi olmalıdır.

Alınacak Ürün Miktarı: 35 Adet**3.4. ELEKTRİKLİ HASTA YATAĞI**

- Hastanın temel ihtiyaçlarını karşılamak için uygun nitelikte hareket kabiliyetine sahip olmalıdır.
- Hastanın bel aşağısı ve bel yukarısı hareketleri için çift motorlu olmalıdır.
- Hastanın bel yukarısını en az 70 dereceye kadar kaldırabilmeli, bacaklarını ters 'V' şekline getirebilmeli her iki fonksiyon aynı anda da çalışabilmelidir.
- Tüm fonksiyonlar kumanda ile kontrol edilebilmeli.
- Karyolanın sağın da ve solunda hastanın düşmesini engellemek için korkuluklar bulunmalı, bu korkuluklar gerektiğinde hasta transferini kolaylaştırmak için kolayca çıkarılabilmeli veya kaydırılabilmelidir. Aynı şekilde karyolanın baş ve ayak kısmında da korkuluk bulunmalı.
- En az dört tekerleğe sahip olmalı oda içerisinde istenilen alana doğru rahatça hareket ettirilebilmeli ve tekerlekler kilitlenerek karyola sabitlenmeli
- En az 1 Adet serum askısı ve en az 1 adet sonda askısı bulunmalı.
- Karyola en az 120 kg taşıma ve kaldırabilme kapasitesine sahip olmalıdır.
- Yerden en az 35 cm yüksekte olmalıdır.
- Karyola gövdesi ve tablalar bakteri ve mikropların kolay temizlenebilmesi için elektrostatik fırın boyalı olmalıdır.
- Karyolaya ait karyolanın hareket kabiliyetine göre uyum sağlayan 4 parçalı yatak şiltesi de karyolanın içerisinde olacaktır.
- En az 2 yıl ücretsiz servis ve 10 yıl yedek parça garantisi bulunmalı.

Alınacak Ürün Miktarı: 20 Adet**MADDE 4. DİĞER HUSUSLAR**

Tüm ürünler en az 2 yıl garantili olacaktır.

MADDE 5. İŞİN SÜRESİ , TESLİM YERİ VE ŞEKLİ

İşin süresi 15 takvim günüdür. Ürünler tek bir seferde Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

HAZIRLAYAN

Emel TURE

Hemşire

ONAYLAYAN

Yaşar AYVAŞ

Sosyal Hizmetler Müdür V.



İŞİN ADI:

**AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE, PEDIATRİK TEKERLEKLİ SANDALYE,
MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE VE ELEKTRİKLİ HASTA YATAĞI**

MADDE 6- MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ

Malın tamamı idareye teslim edildikten sonra harcama yetkilisi tarafından oluşturulacak ve en az üç kişiden oluşan Muayene ve Kabul Komisyonu'na yapılacak muayene ve tetkik sonucunda malın istenilen kalitede ve şartnamede belirtilen niteliklere uygun bulunması halinde kabul görecektir. Aksi halde mal red edilecektir. Yüklenici red edilen malı üç (3) takvim günü içinde iade almak zorundadır. 'Mal, alımları denetim muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik' hükümleri çerçevesinde muayene ve kabul işlemleri yürütülecektir.

MADDE 7- ÖDEME ŞEKLİ

Ürünlere ilişkin ödeme; ürünlerin teslim edilmesi ile birlikte, kabul işleminin tamamlanmasından sonra, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün nakit durumuna ve iş akışına göre yapılacaktır.

HAZIRLAYAN

Emel TÜRE

Denetçi

ONAYLAYAN

Yaşar YAVAŞ

Sosyal Hizmetler Müdür V.